



Протокол об итогах № 16
по закупке изделий медицинского назначения способом запроса ценовых предложений

с.Кишкенеколь

1.Организатор и Заказчик:

КТП на ПХВ «Уалихановская ЦРБ» КТУ «УЗ акимата СКО» по адресу: СКО, Уалихановский район, с.Кишкенеколь, ул.Маликова, 100, провела закуп лекарственных средств и изделий медицинского назначения способом запроса ценовых предложений в соответствии с Правилами организации и проведения закупки лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования согласно Постановления Правительства РК от 30 октября 2009 года № 1729 с изменениями и дополнениями (далее Правила).

2. До истечения окончательного срока представления ценовых предложений потенциальными поставщиками представлены следующие ценовые предложения потенциальных поставщиков:

1. ТОО «ТЕЛИКА», г.Петропавловск, ул.Маяковского 95
2. ТОО «ОрдаМед Петропавловск», СКО, г. Петропавловск, ул. Чкалова д.48 оф.222
3. ИП "LEON COMPANY", г. Кокшетау, ул. Акана-Серы д.206, каб.10

На участие в закупке изделий медицинского назначения были представлены предложения по следующим лотам:

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Преде-льная цена	Сумма	ТОО Гелика	ТОО «ОрдаМед	ИП "LEON COMPANY"
Медицинская техника								
1	ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФ. Отведения ЭКГ не менее 12 параллельных отведений ЭКГ. Размеры 296 x 305,5 x 92,5 мм, прикл. 2,98 кг. Фиксирующие каналы 3, 6, 12 каналов (60 секунд). Чувствительность 5,10,20 мм/мВ и авто (1 ~ aVF: 10мм/мВ, V1-V6: 10мм/мВ). Выбор скорости печати 12,5, 25, 50 мм/с. Частота амплитудно-импульсной модуляции 500 импульсов/сек. Фильтры. Сетевой (50/60 Гц, -20дБ). Фильтр ЭМГ (25-35 Гц, -3дБ). Базовая линия (0,1 Гц, -3дБ). Фильтр низких частот (выкл., 40 Гц, 100 Гц, 150 Гц). Дисплей ЖК-дисплей 2x16 знаков. Индикатор LED. Качество сигнала, источник питания, батарея. Данные пациента. Индивидуальный номер, имя, возраст, пол, рост, вес. Основные параметры ЧСС, PR, QRS, QT/QTc, оси P-R-T. Записывающее устройство. Термальная печатающая головка, тип бумаги - термобумага/в рулонах. Ширина бумаги: Формат А4: 215 мм или 8,5 дюймов. Длина. Формат А4: 300мм или 11 дюймов. Электропитание. Собственный шум: 20 дБ(р-р) макс. Входной контур: незаземленный вход. Вход пациента полностью изолирован, защита от дефибрилятора. Входный импеданс: не более 10 МП. Диапазон входного сигнала: 5-мВ. Коэффициент ослабления симфазного сигнала: >100 дБ. Смещение постоянной составляющей: ±300 мВ. Время: 3,2 секунды/ток утечки <10 мкА. Частота цифровой записи 0,005-150 Гц. Контроль качества сигнала. Определение изолированного отведения. Энергопотребление АС или встроенный аккумулятор 100-240V/АС 50/60 Гц, 1,0-0,5А, 60В макс. Емкость батареи 1 час обычного режима пользования (примерно 100 автоматических распечаток ЭКГ). Связь. Соединение с ПК через интерфейс RS-232 и LAN. Безопасность. Класс I, Тип BF. Соответствие стандартам качества CE, CSA, FDA, KFDA, SFDA, CCC. Требования к окружающей среде. Влажность: 30~ 85%. Рабочая температура: 10°С~ 40°С. Атмосферное давление: 70~ 106КПа. Комплектация: Электрокардиограф – 1 компл. Шнур питания – 1 шт. Кабель пациента – 1 шт. Электроды – 10 шт. Диагностическая бумага – 1 шт. Гель – 1 шт. Перезаряжаемый аккумулятор – 1 шт.	шт	1	799900,00	799 900,00	675000,00	799900,00	754800,00

Признать государственную закупку состоявшейся, определить победителем: ТОО "ТЕЛИКА". Заказчику КТП на ПХВ "Уалихановская ЦРБ" КТУ "УЗ акимата СКО" в сроки, установленные Законом Республики Казахстан, заключить договор о государственных закупках с ТОО "ТЕЛИКА".

ИТОГО:									
								799 900,00	

3. Комиссия РЕШИЛА:

Признать закуп состоявшимся по следующим лотам: №1. Победителем признается потенциальный поставщик, предложивший наименьшее ценовое предложение. В случае, когда в закупе способом запроса ценовых предложений принимает участие один потенциальный поставщик, ценовое предложение и документы которого представлены в соответствии с пунктом 113 настоящих Правил, заказчик или организатор закула принимает решение о признании такого потенциального поставщика победителем закула.





Секретарю комиссии Сакенову Е.С. разместить информацию об итогах проведенных закупок способом запроса ценовых предложений на интернет-ресурсе организатора-заказчика закупок.

За данное решение проголосовали: За - 3 голоса (против - нет, воздержавшихся - нет).

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

Секретарь комиссии:


 Уахитов Е.Ф. - Главный врач

 Охmat M.B. - Главная медсестра

 Мазун К.К. - Фармацевт

 Сакенов Е.С.-Юрист